

*Приложение №1*

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ**

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и международных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№ строки ПЗ	<b>Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные, характеристики товара (СТ РК/ ГОСТ/СНИП и т.д)</b>	Ед. нзм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, кол или артикул, каталожный или спецификационный номер товара (заполняется изготовителем помощью помощника поставщиком)	*Завод изготовитель (заполняется помощником помощником поставщиком)	*Страна происхождения (заполняется помощником помощником поставщиком)	Гарантийный период (заполняется помощником помощником поставщиком)
						1592 Т	Ионный хроматограф. Для анализа анионов и катионов в промышленных водах, с программным обеспечением. Ионохроматографическая система, состоящая из ионных хроматографов с дегазатором, программилии обеспечением Chromeleon 7.x, адаптосамплером для одновременного экспрессного определения анионов и катионов (биполярная стронций и барий) в различных типах вод, с ПК и принтером.	шт.	1

**Требования к потенциальному поставщику:**

- Гарантия на товар - 24 месяца;
- Потенциальный поставщик должен приложить к тендерной документации полное описание предлагаемого товара;
- Представитель Потенциального поставщика должен произвести шеф-монтаж и пуско - наладочные работы при поставке товара;
- Товар должен быть внесен в Государственный реестр РК. Представить подтверждающие документы (сертификат об утверждении типа СТ РК, метрологическая аттестация прибора и первичная поверка завода изготовителя);
- Инструкция по эксплуатации на русском языке;
- Прибор должен укомплектован всеми необходимыми стандартными растворами и реактивами.

Директор ПТД

Xу Цзянъян

Заместитель директора ПТД

Шамшиев А.

Начальник ПТО

Амреев Н.